

## **ПРОТОКОЛ № 1**

Днес 28.02.2020г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита процедура с предмет **„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г.-2022г.”** определена със Заповед № 32/28.02.2020г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав:

Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист

Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Даниела Димитрова – юрисконсулт

Здравка Александрова – ст.мед.сестра ОАИЛ

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя, а уникалният ѝ номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2020-0001.

Комисията започна своята работа в 09:00 часа.

На заседанието ѝ не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. Присъства Петко Недялков Петков – пълномощник на „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна видно от пълномощно рег.№ 1315/27.02.2020г. на Нотариус Илияна Маджунова с рег.№ 195 на НК.

В определения срок са постъпили 10 оферти, които видно от представения приемно-предавателен протокол от председателя на комисията са:

1. Вх. № 528/20.02.2020г. 11.40ч. – СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин Пелин
2. Вх. № 549/21.02.2020г. 09.30ч. – „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София
3. Вх. № 592/25.02.2020г. 09.25ч. – „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София
4. Вх. № 606/26.02.2020г. 09.25ч. – „АКВАХИМ 2020” ЕООД – гр. София
5. Вх. № 623/27.02.2020г. 09.00ч. – „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора
6. Вх. № 624/27.02.2020г. 09.25ч. – „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София
7. Вх. № 625/27.02.2020г. 09.30ч. – „ЕМИКРОН” ЕООД – гр. София
8. Вх. № 630/27.02.2020г. 13.10ч. – „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора
9. Вх. № 631/27.02.2020г. 15.25ч. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна
10. Вх. № 633/27.02.2020г. 15.40ч. – „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от тях. Същите са подписаха и от представителя на „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна – Петко Недялков Петков /с изключение на офертата на ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД /. Комисията извърши справка в ТР на АВ по партидата на всеки участник.

С това приключи публичната част от работата ѝ и представителя на участника напусна заседанието.

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите. След внимателно запознаване със съдържанието им и съобразяване с изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия комисията

### **РЕШИ:**

**1.** Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия, с изключение на

техническото предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора по обособена позиция № 15.

**2.** Предлага за отстраняване от процедурата „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора и офертата му по обособена позиция № 15 на основание чл.107, т. 1 и т.2 буква „а“ от ЗОП, поради което няма да бъде оценено и класирано ценовото му предложение по тази обособена позиция.

**Мотиви:** С Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. С т.2.3 буква „в“ от „Указания за подготовка на офертите на участниците” и т.4 от образца на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ от документацията на ОП е изискано да се представи оторизационен документ от производителя на мед.техника /апаратура/ по обособени позиции №№ 15, 16, 17, 18, 20 и 21, от който да е видно че участникът има право да извършва сервизното ѝ обслужване.

Към техническото предложение от офертата си по обособена позиция № 15, участникът е приложил оторизация от 03.01.2019г. от „Радиометър Медикъл Апс“ – Дания – производител на мед.техника. От съдържанието ѝ е видно, че предоставените с нея права (вкл. сервизното обслужване) са валидни до 31.12.2019г. т.е. към момента участникът не притежава правото да сервизира конкретната мед.техника, предоставено му от нейния производител.

По този начин офертата на участника по обособена позиция № 15 не отговаря на поставеното условие в документацията на ОП и не отговаря на предварително обявените условия за изпълнението на ОП, което е основание за отстраняването ѝ.

**3.** Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички участници с изключение на посочения в предходната т.2.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от офертите на участниците.

В резултат на това тя

#### **РЕШИ:**

**1.** Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия ценовите предложения на:

- 1.1. СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин Пелин
- 1.2. „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София
- 1.3. „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София
- 1.4. „АКВАХИМ 2020” ЕООД – гр. София
- 1.5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора
- 1.6. „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София
- 1.7. „ЕМИКРОН” ЕООД – гр.София
- 1.8. „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора
- 1.9. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна - без обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27 и 28
- 1.10. „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора

**2.** Предлага за отстраняване от процедурата „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна и офертата му по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27 и 28 на основание чл.107, т.1 от ЗОП, поради което няма да бъде оценено ценовото му предложение по тези обособени позиции.

**Мотиви:** С Решение № 8/17.01.2020г. на възложителя е открита настоящата процедура и са одобрени обявлението и документацията за нея. С т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е поставено следното условие: „Участникът попълва съответния ред с всички колони от „спецификация на медицинска техника/апаратура за абонаментно обслужване“ на хартиен носител, след което я подписва и подпечатва по начин, указващ без съмнение авторството му върху нея и я прилага към ценовото предложение.“. Същото условие е възпроизведено и в т.І „Цена на доставка“ от образца на „Ценово предложение за изпълнение

на поръчката“. Участникът не е изпълнил това условие, като е представил само ценово предложение за офериранияте позиции без изискуемия и приложим към него документ.

По този начин офертата на участника не отговаря на поставеното условие в документацията на ОП, което е основание за отстраняването на участника по посочените обособени позиции.

Комисията състави таблица - приложение № 1 в което отрази ценовите предложения на участниците. Тя подложи ценовите предложения на преглед по чл.72 от ЗОП, като установи че не се налага изискването на обосновка от участниците.

След това оцени офертите съобразно избрания критерий, което отрази в таблица - приложение № 2. В резултат на това тя

#### **РЕШИ:**

1. Оценява участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в таблица – приложение № 2.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на това

#### **РЕШИ:**

1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на:

- СД „МЕДИКО-ГАЗ – ХРИСТОВ И ХРИСТОВА” – с. Елин Пелин
- „СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР” ЕООД – гр. София
- „АКВАХИМ 2020” ЕООД – гр. София
- „КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София
- „ЕМИКРОН” ЕООД – гр. София
- „ТОМЕД” ООД – гр. Стара Загора
- „МУЛТИМЕД-5” ООД – гр. Стара Загора

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.

2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на „ЕЛТА 90 М” ООД – гр. София са с нередовност, поради което на основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов еЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за подбор относно техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.4 (оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП) на обявлението за ОП.

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД – гр. Стара Загора са с нередовност, поради което на основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов еЕЕДОП с коректно попълнена информация в част IV раздел В за критериите за подбор относно техническите и професионални способности, посочени в поле III.1.3. т.4 (оборудвана сервизна база за изпълнение на ОП) на обявлението за ОП.

4. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Даниела Димитрова.

Комисията приключи работата си по този протокол на 06.03.2020г.

#### **Комисия:**

Председател: Николай Кирев – ..... /П/ *съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД*

Членове: Емилия Аладжова – ..... /П/ *съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД*

Валя Белчева – ..... /П/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Даниела Димитрова – ..... /П/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

Здравка Александрова – ..... /П/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД















12.6		Дефибрилатор - HP CodeMaster	САЩ	3451A15245	2	1						18.00	24.00
12.7		Коагулатор BCH-50	Германия	739/90	2	1						18.00	24.00
13	13	Регистрираща апаратура										540.00	671.76
13.1		ЕКГ -923 A	Китай	8010001	2	1						18.00	24.00
13.2		ЕКГ- Shiller AT - 101 C	Швейцария	8014489	2	1						18.00	24.00
13.3		ЕКГ - Shiller AT 1	Швейцария	19037364;19037365	2	2						36.00	48.00
13.4		ЕКГ - Cardiocare 2000	Китай	EH1200485	2	1						18.00	24.00
13.5		ЕКГ - 903 A	Китай	9100080	2	1						18.00	24.00
13.6		ЕКГ - CM600	Китай	60161008002G	2	1						18.00	24.00
13.7		Пациентен монитор MMED-6000DP	Китай	704093033,704093019 и 725093029	2	3						54.00	74.16
13.8		Пациентен монитор Classic-120plus	Китай	J29000FL0083	2	1						18.00	24.72
13.9		Пациентен монитор DK8000S	Китай	150302008	2	1						18.00	24.72
13.10		Пациентен монитор BM3	Китай	D1E0500189	2	1						18.00	12.96
13.11		Апарати за кръвно налягане			2	17						306.00	367.20
14	14	Инфузионни помпи										126.72	175.68
14.1		Инфузионна помпа - 2/50	България	17020, 2575, 805008, 804031 и 506035	2	7						73.92	102.48
14.2		Инфузионна помпа - SFP-10S	Германия	98704	2	1						10.56	14.64
14.3		Инфузионна помпа - Браун	Германия	17147	2	1						10.56	14.64
14.4		Инфузомат електронен AV	Китай	7427	2	1						10.56	14.64
14.5		Инфузионна помпа SK-500 I	Китай	82393	2	1						10.56	14.64
14.6		Инфузионна помпа SP1000	Китай	40065L/11	2	1						10.56	14.64
15	15	Кръвно-газов анализатор AVL-5	Radiometer, Германия	142R 0282 N002	2	1							
16	16	Електролитен анализатор EASY LYTE+	Medica, Германия	2747BNKC	2	1						888.00	
17	17	Лабораторна техника Mindray										6384.00	
17.1		Биохимичен анализатор BS 300	Mindray, Китай	АО8AC0679; АО- 97100303	2	2						5184.00	
17.2		Автоматичен хематологичен анализатор 3000plus	BC Mindray, Китай	RJ-92102994	2	1						1200.00	
18	18	Автоматичен коагулометър THROMBOLUZER	Германия	14488	2	1						888.00	
19	19	Центрофуги										180.00	
19.1		Центрофуга T32A	Германия	71-6057	2	1						36.00	
19.2		Центрофуга T30	Германия	693861	2	1						36.00	
19.3		Центрофуга EVA 20	Hettich, Австрия	91039 , 65434	2	2						72.00	

19.4		Центрофуга NF 200	Nuve, Турция	2.11899	2	1							36.00		
20	<b>20</b>	Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex XP-300	Sysmex, Япония	A5620	2	1		<b>1560.00</b>							
21	<b>21</b>	Имунологичен анализатор Access 2	Beckman Coulter	502254	2	1				<b>2400.00</b>					
22	<b>22</b>	Рентгено-терапевтична система Gulmay D3150	Xstrahl Англия	96S294E	2	1						<b>8400.00</b>			
23	<b>23</b>	Планираща система PLANW 2000 и Верификационна система Teragis	UJP Praha	55	2	1						<b>24000.00</b>			
24	<b>24</b>	Компютърен томограф Somatom Sensation Open ( в т.ч. MM WP VSIM към него)	Сименс АГ Германия	49603	4	1		<b>29688.00</b>							
25	<b>25</b>	Автоматичен гама брояч WIZARD	Полша	41192	1	1									
26	<b>26</b>	Централа и инсталации за медицински газове			2	1	<b>4560.00</b>								
27	<b>27</b>	Рентгенов апарат мобилен Арман		487	2	1							<b>960.00</b>		
28	<b>28</b>	Мамографски рентгенов апарат FLAT E	Италия	AFLHF 4/436	2	1							<b>1680.00</b>		